

## ES

**Descripción y uso previsto:**

MPK700: Rodillera fabricada con tejido transpirable, elástico y acolchado, facilitando un ajuste anatómico a cada paciente. Incorpora flejes laterales, que estabilizan la articulación de la rodilla en sentido mediolateral permitiendo el movimiento y rotación rotularia removible, para un correcto e inmovilización de la rodilla si fuera preciso. La talla 2 incorpora también una almohadilla patelar de silicona. El ajuste se realiza mediante dos cierres de microcangro con los que se regula la compresión, dejando libre el hueso patelar.

MPK701: La ortesis inmovilizadora de rodilla está fabricada en material transpirable de panel con rizo en su interior. El producto inmoviliza gracias a tres pletinas: dos laterales y una posterior, todas ellas conformadas ergónicamente para que fijen en su colocación esta ortesis. Se inmoviliza la articulación. El sistema de cierre se realiza mediante cuatro microcangros colocados en la parte anterior, de forma que la rótula quede libre, para mayor comodidad.

MPK800: Tobillero transpirable, elástico y acolchado. Su abertura en la parte anterior aporta un ajuste óptimo y mayor comodidad en la pisada. El cierre se realiza mediante un sistema de microcangro que facilita el ajuste y la regulación de compresión según las necesidades del paciente. La estabilización del tobillo se consigue gracias a su diseño de cinchas cruzadas que aportan un mejor control medio-lateral.

**Indicaciones:**

MPK700: Ligeros contusiones, lesiones femoropatelares. Tratamientos postquirúrgicos. Leves inestabilidades de la articulación de la rodilla. Durante el proceso rehabilitador. Cualquier fractura de rodilla en el caso que sea necesario centrar o descargar la rótula. Enfermedad de Osgood-Schlatter.

MPK701: Patologías que requieran para su tratamiento la inmovilización de la articulación de la rodilla, tratamiento pre y postquirúrgico de la rodilla después de lesiones o fracturas.

MPK800: Tratamiento de esguinces ligeros, tendinitis y recidivas.

**Precauciones:**

• Les cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar la ortesis. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o al establecimiento donde la haya adquirido.

• Respete siempre las instrucciones de uso generales y las indicaciones particulares que haya prescrito el facultativo.

• El médico es la persona capacitada para prescribir y decidir la duración del tratamiento, así como su seguimiento.

• Si se nota algún efecto secundario, afección cutánea o sensibilización se ha de poner inmediatamente en conocimiento del médico.

• El facultativo deberá tener en cuenta el posible uso de cremas de uso tópico, junto con el empleo de la ortesis.

• En las zonas de presión, la piel no debe estar lesionada ni ser hipersensible.

• Aunque la ortesis no es de un solo uso, es para un único paciente. No reutilizar en otros pacientes. Se recomienda que al menos la primera colocación de la ortesis se realice por ser personal cualificado (médico, técnico ortopédico, etc) o bajo su supervisión.

• El buen uso de las ortesis depende del estado de los elementos que la forman por lo que ha de ser supervisado con periodicidad. El personal sanitario que realice el seguimiento del tratamiento del paciente puede indicar al mismo la idoneidad del producto o la conveniencia de su sustitución, si el producto se ha deteriorado o desgastado.

• Se aconseja cuidar la limpieza de los cierres rápidos de velcro para conservar su funcionalidad, eliminando los residuos que queden adheridos al mismo.

• Limpiar periódicamente el producto y mantener una correcta higiene personal.

• No llevar puesta la ortesis durante el baño, ducha, etc.

• No permita que los niños jueguen con este dispositivo.

**Instrucciones para una correcta colocación:**

MPK700: Una vez elegida la talla adecuada para el paciente colocar la ortesis por la rodilla, haciendo coincidir su rótula con la rótula del producto. A continuación cerrar la ortesis.

MPK701: Una vez elegida la talla adecuada para el paciente colocar la ortesis por la parte posterior, haciendo coincidir los cierres anteriores, de forma que la rodilla quede libre en la zona central. El ajuste se realiza por medio de microcangros en la parte anterior, que deben ajustarse de forma que se consiga una correcta inmovilización de la rodilla.

MPK800: Una vez elegida la talla adecuada, colocar el pie del paciente sobre el producto (Fig. 1) y ajustar el microcangro superior en la zona anterior del tobillo (Fig. 2). A continuación ajustar las cinchas de acuerdo con las instrucciones de uso. Una vez ajustada, se consigue la estabilización del tobillo (Fig. 3).

**Mantenimiento del producto - Instrucciones de lavado:**

Antes de lavar cerrar todos los microcangros. Lavar a mano. Use lejía. No use lejía. No secar en secadora. No planchar. No lavado en seco.

• Antes de lavar la ortesis sepa para absorber la máxima humedad y dejar secar a temperatura ambiente. Si la ortesis no está bien escurida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto. Aguardar con abundante agua la ortesis, para eliminar cualquier resto de detergente que pueda deteriorar el producto o provocar irritación de la piel.

• No exponer a fuentes de calor directas como estufas, calefacciones, radiadores, exposición directa al sol, etc. No utilice para su limpieza alcoholces, cremas o disolventes.

**NOTA:** Cualquier incidente con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.



PRIM

## AR

**الوصف والاستخدام المتوقع:**

MPK700: Rodillera fabricada con tejido transpirable, elástico y acolchado, facilitando un ajuste anatómico a cada paciente. Incorpora flejes laterales, que estabilizan la articulación de la rodilla en sentido mediolateral permitiendo el movimiento y rotación rotularia removible, para un correcto e inmovilización de la rodilla si fuera preciso. La talla 2 incorpora también una almohadilla patelar de silicona. El ajuste se realiza mediante dos cierres de microcangro con los que se regula la compresión, dejando libre el hueso patelar.

MPK701: La ortesis inmovilizadora de rodilla está fabricada en material transpirable de panel con rizo en su interior. El producto inmoviliza gracias a tres pletinas: dos laterales y una posterior, todas ellas conformadas ergónicamente para que fijen en su colocación esta ortesis. Se inmoviliza la articulación. El sistema de cierre se realiza mediante cuatro microcangros colocados en la parte anterior, de forma que la rótula quede libre, para mayor comodidad.

MPK800: Tobillero transpirable, elástico y acolchado. Su abertura en la parte anterior aporta un ajuste óptimo y mayor comodidad en la pisada. El cierre se realiza mediante un sistema de microcangro que facilita el ajuste y la regulación de compresión según las necesidades del paciente. La estabilización del tobillo se consigue gracias a su diseño de cinchas cruzadas que aportan un mejor control medio-lateral.

**Indicaciones:**

MPK700: Ligeros contusiones, lesiones femoropatelares. Tratamientos postquirúrgicos. Leves inestabilidades de la articulación de la rodilla. Durante el proceso rehabilitador. Cualquier fractura de rodilla en el caso que sea necesario centrar o descargar la rótula. Enfermedad de Osgood-Schlatter.

MPK701: Patologías que requieran para su tratamiento la inmovilización de la articulación de la rodilla, tratamiento pre y postquirúrgico de la rodilla después de lesiones o fracturas.

MPK800: Tratamiento de esguinces ligeros, tendinitis y recidivas.

**Precauciones:**

• Les cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar la ortesis. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o al establecimiento donde la haya adquirido.

• Respete siempre las instrucciones de uso generales y las indicaciones particulares que haya prescrito el facultativo.

• El médico es la persona capacitada para prescribir y decidir la duración del tratamiento, así como su seguimiento.

• Si se nota algún efecto secundario, afección cutánea o sensibilización se ha de poner inmediatamente en conocimiento del médico.

• El facultativo deberá tener en cuenta el posible uso de cremas de uso tópico, junto con el empleo de la ortesis.

• En las zonas de presión, la piel no debe estar lesionada ni ser hipersensible.

• Aunque la ortesis no es de un solo uso, es para un único paciente. No reutilizar en otros pacientes. Se recomienda que al menos la primera colocación de la ortesis se realice por ser personal cualificado (médico, técnico ortopédico, etc) o bajo su supervisión.

• El buen uso de las ortesis depende del estado de los elementos que la forman por lo que ha de ser supervisado con periodicidad. El personal sanitario que realice el seguimiento del tratamiento del paciente puede indicar al mismo la idoneidad del producto o la conveniencia de su sustitución, si el producto se ha deteriorado o desgastado.

• Se aconseja cuidar la limpieza de los cierres rápidos de velcro para conservar su funcionalidad, eliminando los residuos que queden adheridos al mismo.

• Limpiar periódicamente el producto y mantener una correcta higiene personal.

• No llevar puesta la ortesis durante el baño, ducha, etc.

• No permita que los niños jueguen con este dispositivo.

**Instrucciones para una correcta colocación:**

MPK700: Una vez elegida la talla adecuada para el paciente colocar la ortesis por la rodilla, haciendo coincidir su rótula con la rótula del producto. A continuación cerrar la ortesis.

MPK701: Una vez elegida la talla adecuada para el paciente colocar la ortesis por la parte posterior, haciendo coincidir los cierres anteriores, de forma que la rodilla quede libre en la zona central. El ajuste se realiza por medio de microcangros en la parte anterior, que deben ajustarse de forma que se consiga una correcta inmovilización de la rodilla.

MPK800: Una vez elegida la talla adecuada, colocar el pie del paciente sobre el producto (Fig. 1) y ajustar el microcangro superior en la zona anterior del tobillo (Fig. 2). A continuación ajustar las cinchas de acuerdo con las instrucciones de uso. Una vez ajustada, se consigue la estabilización del tobillo (Fig. 3).

**Mantenimiento del producto - Instrucciones de lavado:**

Antes de lavar cerrar todos los microcangros. Lavar a mano. Use lejía. No use lejía. No secar en secadora. No planchar. No lavado en seco.

• Antes de lavar la ortesis sepa para absorber la máxima humedad y dejar secar a temperatura ambiente. Si la ortesis no está bien escurida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto. Aguardar con abundante agua la ortesis, para eliminar cualquier resto de detergente que pueda deteriorar el producto o provocar irritación de la piel.

• No exponer a fuentes de calor directas como estufas, calefacciones, radiadores, exposición directa al sol, etc. No utilice para su limpieza alcoholces, cremas o disolventes.

**NOTA:** Cualquier incidente con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.



PRIM



PRIM, S.A.

Avenida del Llano Castellano, 43

Planta 3

28034 Madrid

España



IU.574.2 27/05/2011 739215

## CS

**Popis a určené použití:**

MPK700: Kolenní bandáž vyrobená z protýdného, elastického a vypoťahovateľného textíliu, ktorý klerému se dokonale prispôbiť každému pacientovi. Súčasťou jsou postavní výztuhy, ktoré stabilizujú kolenní kĺob v mediolaterálnom smere, pričom umožňujú pohyb a výšľah pelletu pri centrácii a imobilizácii epikneakolu, hvis det škrupke verejné potreby. Štruktúra 2 erogás ústredím ve na patellapadce epikneakolu. Nastavenie sa realizuje pomocou dvoch úponů s mikropřepky, jimiž se nastavuje komprese, zatímco záložní jímka zůstává volná.

MPK701: Fixační kolenní ortéza je vyrobená z protýdného, elastického a vypoťahovateľného textíliu, který klerému se dokonale prispôbiť každému pacientovi. Součástí jsou postavní výztuhy, které stabilizují kolenní kĺob ve mediolaterálním smere, pričom umožňujú pohyb a výšľah pelletu pri centrácii a imobilizácii epikneakolu, hvis det škrupke verejné potreby. Štruktúra 2 erogás ústredím ve na patellapadce epikneakolu. Nastavenie sa realizuje pomocou dvoch úponů s mikropřepky, jimiž se nastavuje komprese, zatímco záložní jímka zůstává volná.

MPK800: Kotníková bandáž vyrobená z protýdného, elastického a vypoťahovateľného textíliu, který klerému se dokonale prispôbiť každému pacientovi. Součástí jsou postavní výztuhy, které stabilizují kolenní kĺob ve mediolaterálním smere, pričom umožňujú pohyb a výšľah pelletu pri centrácii a imobilizácii epikneakolu, hvis det škrupke verejné potreby. Štruktúra 2 erogás ústredím ve na patellapadce epikneakolu. Nastavenie sa realizuje pomocou dvoch úponů s mikropřepky, jimiž se nastavuje komprese, zatímco záložní jímka zůstává volná.

**Indicace:**

MPK700: Lehké poranění kolenního kloubu, femoropatelární poranění. Popooperační léčba. Lehká nestabilita kolenního kloubu. Během procesu rehabilitace. Jakákoliv patologie kolena, při které je třeba vystrýdit nebo odlehčit člástek. Osgood-Schlatterova choroba.

MPK701: Patologie, jež vyžadují znehybnění kolenního kloubu; předoperační a pooperační léčba kolena; péče po zlomenině a zlomenině kotníku.

MPK800: Léčba lehkých vykloubení, zánětů šlach a recidiv.

**Čemu věnovat pozornost:**

• Před použitím ortézy si pečlivě přečtěte tento návod. S případnými nejistotami se obraťte na svého lékaře nebo na místo, kde vám byla ortéza poskytnuta.

• Dodržujte vždy všeobecná pravidla a konkrétní pokyny předepsané lékařem.

• Lékař je osoba způsobilá předepsat léčbu a určit její trvání, jakož i způsob jejího sledování.

• Kdyby se objevily vedlejší účinky, kožní problémy či přecitlivění, je třeba tuto skutečnost neprodělně oznámit lékaři.

• Lékař by měl současně s použitím ortézy vzít v potaz případné použití kožních krémů.

• Ortéza se nosí není určena k jednorázovému použití, zato však pro jednoho jediného pacienta. Nepožičte ji opět pro jiné pacienty.

• Doporučuje, aby nejméně první nasazení ortézy provedl buďto vyškolený personál (lékař, ortopedický pracovník apod.) anebo aby k němu došlo pod jeho dohledem.

• Správné použití ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

• Ortéza se má nosit pouze v případě, kdy pacienta může potvrdit lékař, který ortézu předepisuje.

• Zdravotní péče ortézy závisí na stavu pokožky, z níž sestává, proto je její stav třeba pravidelně zkontrolovat. Pokud není pokožka dostatečně vyžímána, zvyšuje se riziko podráždění pokožky.

## DE

**Beschreibung und vorgesehenes Nutzung:**

MPK700: Kniegelenkbandage hergestellt aus atmungsaktivem, elastischem und gepolstertem Stoff, der einen angepassten Sitz für jeden Patienten ermöglicht. Er enthält Seitenbänder, die das Kniegelenk in mediolaterale Richtung stabilisieren, wodurch die Bewegung ermöglicht wird, und ein abnehmbares Patella-Polster, das die Kniepatella stabilisiert und die Bewegung des Kniegelenks in der Frontal- und Sagittalebene ermöglicht. Die Stabilisierung des Kniegelenks wird durch zwei Gurte mit Mikroverstellern erreicht, die die Kompression einstellen, während die Kniekehle frei bleibt.

MPK701: Fixierende Kniegelenkorthese ist aus atmungsaktivem, elastischem und gepolstertem Stoff gefertigt, der sich an den Körper des Patienten anpasst. Er enthält Seitenbänder, die das Kniegelenk in mediolaterale Richtung stabilisieren, wodurch die Bewegung ermöglicht wird, und ein abnehmbares Patella-Polster, das die Kniepatella stabilisiert und die Bewegung des Kniegelenks in der Frontal- und Sagittalebene ermöglicht. Die Stabilisierung des Kniegelenks wird durch zwei Gurte mit Mikroverstellern erreicht, die die Kompression einstellen, während die Kniekehle frei bleibt.

MPK800: Behandlung von leichten Verstauchungen, Sehnensehnenentzündungen und Rückfällen (Recidiv).

**Wichtiges Ansehen:**

• Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Orthese verwenden. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Geschäft, in dem Sie die Orthese erworben haben.

• Beachten Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen und die spezifischen Indikationen, die der Arzt vorgeschrieben hat, müssen immer beachtet werden.

• Ein Arzt ist die Person, die die Behandlung zu verschreiben und über die Dauer dieser Behandlung informiert werden.

• Der Arzt muss die äußere Verwendung von Cremes in Kombination mit der Anwendung der Orthese in Betracht ziehen.

• In den Stützberreichen mit Druck darf die Haut nicht verletzt oder überempfindlich sein.

• Es handelt sich zwar nicht um eine Einmal-Orthese, Sie sollte jedoch nur von einem einzigen Patienten verwendet werden. Nicht bei anderen Patienten wiederverwenden.

• Es wird empfohlen, dass Sie zuerst beim ersten Mal diese Orthese von einer qualifizierten Person (Arzt, Orthopäde etc.) unter Aufsicht angelegt wird.

• Die ordnungsgemäße Nutzung der Orthese hängt vom Zustand der Bestandteile ab, aus denen sie besteht. Insbesonere: Die Mikroversteller schließen, die sich am hinteren Teil befinden. Diese sind ärztliche Personal, das die Behandlung des Patienten verfolgt, kann sowohl die Tauglichkeit des Produkts als auch die Korrektheit der Anwendung überprüfen und verschleissen.

• Es wird empfohlen, die Kniegelenkbandage regelmäßig zu reinigen, um ihre Funktion zu erhalten und Materialien zu entfernen, die sich möglicherweise daran festgebunden haben.

• Reinigen Sie die Orthese regelmäßig mit Wasser und Seife, um Bakterien zu beseitigen.

• Die Orthese während dem Baden oder Duschen usw. nicht tragen.

• Kinder dürfen nicht mit der Orthese spielen.

**Anleitungen für das Anlegen:**

MPK700: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK701: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK800: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Fuß anbringen, sodass die Sehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK700: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK701: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK800: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Fuß anbringen, sodass die Sehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK700: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK701: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK800: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Fuß anbringen, sodass die Sehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK700: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK701: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK800: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Fuß anbringen, sodass die Sehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK700: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK701: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK800: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Fuß anbringen, sodass die Sehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK700: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK701: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Knie anbringen, sodass die Kniesehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

MPK800: Nachdem die geeignete Größe für den Patienten ausgewählt wurde, die Orthese auf dem Fuß anbringen, sodass die Sehne mit der Öffnung übereinstimmt, die sich am vorderen Teil der Orthese befindet. Die Mikroversteller einstellen, bis die gewünschte Kompression

